

## 澳洲胎牛血清, 灭活 Fetal Bovine Serum

货号	生产日期	规格	保存	价格
ML30010.01HI-100ml	见包装	100 mL	-20 ° C	1575.00

检测指标	检测标准
Items	Specification
外观	浅黄色
Appearance	Light yellow
pH	6.7-8.0
内毒素 (鲎试剂法) indotoxin(LAL)	≤30EU/mL
血红蛋白 (分光光度法) Hemoglobin(Spectrophotometric )	≤250mg/L
细菌&真菌 (平皿培养法)	阴性
Sterility testing(Proliferation method)	Negative
病毒检测 (直接病变法) Virus Detection (Cell Culture testing&Fluorescent antibody)	阴性
支原体 (直接培养法) Mycoplasma(Proliferation method)	Negative
细胞培养测试 Cell culture testing	符合要求 Meet the requirement



### 用途

- 完全培养基添加
- 常规类型细胞培养适用
- 诊断试剂的稳定
- 材料表面封闭
- 胰蛋白酶灭活

### 质量

血源来自南美, 所有有血清均在万级净化车间通过连续的2级0.22 μm孔径、3级0.1 μm孔径过滤器过滤, 混合和分装过程在万级操作间内完成, 最大程度确保产品质量和安全性。