

甲基紫指示剂(0.13-0.5,1.0-1.5,2.0-3.0)

摘要

单一酸碱指示剂

产品介绍

单一酸碱指示剂甲基紫第一变色范围：
pH0.13-0.5,颜色由黄色变绿色。甲基紫第二
变色范围：pH1.0-1.5,颜色由绿色变蓝色。
甲基紫第三变色范围：pH2.0-3.0,颜色由
蓝色变为紫色。